



СЕРТИФИКАТ
О КАЛИБРОВКЕ
МЕРЫ ТВЁРДОСТИ РОКВЕЛЛА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 7585

ЗНАЧЕНИЕ ТВЁРДОСТИ: 25.6 HRC

РАЗМАХ: 0.4 HRC

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МЕРА ТВЁРДОСТИ ДОПУЩЕНА К ПРИМЕНЕНИЮ.

ОТК: МАК

ДАТА КАЛИБРОВКИ: 15.12.2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 24 МЕСЯЦА